



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС US.ИМ41.Н01320

Срок действия с 07.06.2016 по 06.06.2019

№ 1502379

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.0001.11ИМ41  
ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ"  
123308, г. Москва, ул. Мневники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17, факс: 783-42-17

**ПРОДУКЦИЯ** Линзы контактные 1 DAY ACUVUE DEFINE with LACREON

код ОК 005 (ОКП):

94 8870

Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 31586-2012, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011

код ТН ВЭД России:

9001 30 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "Джонсон & Джонсон Вижн Кэр, Инк.", США,  
Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 7500 Centurion Parkway, Jacksonville,  
Florida 32256, USA;  
"Джонсон & Джонсон Вижн Кэр", Ирландия, Johnson & Johnson Vision Care  
(Ireland), The National Technology Park, Limerick, Ireland.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

"Джонсон & Джонсон Вижн Кэр, Инк.", США, Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida 32256, USA телефон: + 1 (904) 443-3500

## НА ОСНОВАНИИ

протокола технических испытаний № 2016-115.2 от 18.05.2016 ИЛ ЗАО "Независимый институт испытаний медицинской техники", рег. № РОСС RU.0001.517966 от 15.04.2015; протокола токсикологических испытаний № 601Д-16 от 24.05.2016 ИЛМИ ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, рег. № RA.RU.21МИ25 от 17.09.2015 Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФСЗ 2010/07446 от 20.07.2010

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции знаком соответствия допускается.



Руководитель органа

подпись

А.Д. Доко

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.Ф. Зубарев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации